

Handleiding AquaChek TruTest PH-meter

Volg de volgende stappen om een correcte meting uit te voeren :

1. Zet uw PH-meter aan. Er verschijnt "On"
2. Neem een teststrip uit het potje en dompel de kussentjes van de meetstrip onder water en ga eens heen en weer door het water met de strip.
3. Plaats de strip met de kussentjes naar beneden toe in de meetgleuf van het toestel.
4. gebruik de meegeleverde zonbeschermer en dek de meetgleuf af. Valse belichting of direct zonlicht kan uw meting beïnvloeden !
5. druk op de "Play-toets" van het toestel. Er verschijnt "3-2-1" daarna terug "On" De meting kan een geringe tijd in beslag nemen, even geduld a.u.b. ...
6. Daarna verschijnen de meetwaarden die het toestel voor u gemeten heeft. Het toestel geeft direct aan of de gemeten waarde te laag (LO), te hoog (HI) of OK is
7. Schakel hierna het toestel terug uit. Legende : Aan-Uit Toets Vorige metingen opvragen Meet toets (Play-toets) Bijgeleverd zit een reinigingsborstel, om altijd een goede meting te bekomen op regelmatige basis de lenzen reinigen m.b.v. deze borstel.

Ideale Meetwaarden :

CL : Chloorgehalte van uw spawater (indien u met chloor werkt) => Tussen 1 en 5

pH : pH-waarde van uw spawater => Tussen 7,2 en 7,6

ALK : De alkaline (Hardheid) van uw spawater => Tussen 80 en 120